

特定保険医療材料の保険償還価格の訂正について

中医協総会資料の抽出_23.2.15

【対応】

- 保険償還価格に誤りがあったため以下の通り修正し、今後、官報正誤により訂正を行うこととする。
- 具体的な告示価格の正誤は以下のとおり。

製品名	分野名・機能区分名	誤	正
Niti-S EUS-BD	220 経消化管胆道ドレナージステント	290,000円	289,000円
メディカーボ・ ヒップネイル ネイル	073 髄内釘 (1) 髄内釘 ② 大腿骨頸部型 イ X線透過型	162,000円	159,000円
メディカーボ・ ヒップネイル ラグスクリュー	073 髄内釘 (2) 横止めスクリュー ② 大腿骨頸部型 イ X線透過型	36,600円	38,100円

【事案発生の理由】

- 令和4年12月1日に保険適用を行う2製品3品目について類似機能区分比較方式での補正計算を行う計算過程において、実際は下記の計算式に基づいた補正加算率により加算すべきところを補正する前の加算率で加算していた。

$$\text{(誤)} \quad X \times \left(1 + \frac{A}{100}\right) \quad \text{(正)} \quad X \times (1 + \alpha) \quad \text{※ 補正加算率: } \alpha = \frac{A}{100} \times 1.5^{\log(X/B)/\log(0.5B/B)}$$

A：当該新規収載品の属する新規機能区分に対して適用される率（%）

B：当該新規機能区分の類似機能区分が属する分野の基準材料価格を相加平均した額

X：算定値

【再発防止】

- 計算過程において、複数の独立したチェック体制とする。